SNELGIDS MOVER FLEXI ELECTRIC

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik





1	Omhoog
2	Omlaag
3	Poten spreiden
4	Poten sluiten

Let op: De garantie vervalt wanneer de instructies niet worden opgevolgd en dit tot onjuist gebruik leidt.

De zorgverleners die Mover Flexi Electric bedienen worden vooraf professioneel getraind door ATO of een geautoriseerde dealer. Alleen zij mogen Mover Flexi Electric bedienen. ATO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onbevoegd personeel.





Mover Flexi Electric

Elektrisch verstelbaar flexibel onderstel

Binnenste afstand zwenkwielen:	420 tot 800 mm
Buitenste afstand zwenkwielen:	560 tot 940 mm

Afmetingen en belasting

Hoogte / lengte / breedte:	1050 / 940 / 640 mm
Maximaal gebruikersgewicht:	180 kg

WAARSCHUWING!
Zet altijd alle remmen vast wanneer u de zorgvrager in of uit Mover Flexi Electric helpt. Zo voorkomt u dat de zorgvrager valt.

WAARSCHUWING!
Verwijder vóór gebruik altijd de laadkabel en controleer deze elke week. Laad de accu alleen op wanneer Mover Flexi Electric niet wordt gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van Mover Flexi Electric

Wetterwille 6 | 8401 GB Gorredijk | 085 - 77 34 214
info@ato.nl | www.ato.nl

SNELGIDS MOVER FLEXI ELECTRIC

Lees deze informatie zorgvuldig voor gebruik

WAARSCHUWING!
Om beknelling te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de armen van de cliënt op de middenstang en de voeten op de voetsteun worden gehouden.

WAARSCHUWING!
Als de toestand van de cliënt dit vereist, zorg er dan voor dat er twee zorgverleners aanwezig zijn tijdens de transfer.

Dit voorkomt vallen of letsel van de zorgvrager en/of zorgverlener.

VANAF (ROL)STOEL, BED OF TOILET

1 Vertel de cliënt altijd wat u van plan bent te gaan doen.

2 Open beide delen van de tweedelige zitting door ze handmatig opzij en omhoog te trekken.

3 Pas indien nodig de flexibele basis van Mover Flexi aan en benader vervolgens de cliënt. **(Zie afbeelding 1)**

4 Plaats Mover Flexi Electric zo dat de cliënt de voeten op de voetsteun kan plaatsen met de knieën comfortabel tegen de kniebeschermer.

5 Zet de zwenkwielen op de rem. **(Zie afbeelding 2)**

6 Laat de zorgvrager de dwarsstang vastpakken.

7 Plaats de tilband rond de onderrug van de zorgvrager. De armen vrij houden. Maak de tilband strak (maar comfortabel) vast.


8 Klik de linkerclipvast op het linker bevestigingspunt. Trek met het rechteruiteinde de zorgvrager iets naar voren en klik dat vast op het rechterpunt **(Zie afbeelding 3)**

9 Hef de zorgvrager met de handbediening. De zorgvrager hoeft niets te doen **(zie afbeelding 4)**


10 Draai beide delen van de zitting omlaag **(zie afbeelding 5)**

11 Laat de zorgvrager zakken naar een zittende positie en haal Mover Flexi Electric van de rem.

1



2



3



4



5



6



VANUIT DE MOVER NAAR STOEL, ROLSTOEL, BED OF TOILET

1 Ga naar de stoel en verstel zo nodig de flexibele basis.

2 Breng de cliënt over naar de stoel en zet Mover Flexi Electric op de rem.

3 Hef de zorgvrager en draai beide delen van de zitting omhoog

4 Laat de zorgvrager zakken tot hij zit (terwijl hij de dwarsstang vastheeft)

5 Maak de tilband los zodra de zorgvrager zit en neem deze weg.

6 Vraag de zorgvrager de voeten van de voetensteun te halen.

7 Zet beide zwenkwielen van de rem, draai de delen van de zitting naar beneden

8 Hang de tilband aan de Mover Flexi Electric en zet het hulpmiddel weg.

